

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021] 粤 量标 揭法 证字第 123 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 广东省揭阳市质量计量监督检测所
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 铠装热电偶校准装置
Name of Measurement Standard

代码 04113254
Code

测量范围 (300~1200) °C
Measuring Range

不确定度或准确度等级 二等
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 广东省揭阳市榕城区揭阳大道东质监检测综合楼二楼电热长度室
Installed in

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2021
Date of Issue

有效期至 2026
Date of Expiry



计量标准器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	标准铂铑 10-铂热 电偶	S	(300~1300) °C	二等	泰安德图自动化 仪 器 有 限 公 司 /S17-1-1022
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	数字多用表	2010	直流电压: 0mV~100mV	直流电压: $\pm(3.7 \times 10^{-5} \times \text{读数} + 9 \times 10^{-5} \times \text{量程})$	KEITHLEY/4352325
	热电偶检定炉	DTL-600	(300~1200) °C	轴向温度场: $\leq 0.4^{\circ}\text{C}/10\text{mm}$ 径向温度场: $\leq 1^{\circ}\text{C}$	泰安德图自动化仪 器 有 限 公 司 /DL3-17188
	零度恒温器	DTBH-01	0°C	MPE: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	泰安德图自动化仪 器 有 限 公 司 /DBH-1750
	多通道低电势扫描 器	DTZ-01	/	寄生电动势 $\leq 0.4 \mu\text{V}$	泰安德图自动化仪 器 有 限 公 司 /DZ01-17104
开展的 检定 或校 准项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范 的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	铠装热电偶	(300~1200) °C	2 级	JJF 1262-2010《铠装热电偶校准 规范》	