

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021] 揭 量 标 法 证 字 第 445200-008 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the "Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位 广东省揭阳市质量计量监督检测所

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 恒温槽校准装置

代码 04119011

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 (-60~300) °C

Measuring Range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差

二等

Uncertainty/ Accuracy Class/

Maximum Permissible Error

保存地点 广东省揭阳市质量计量监督检测所电热室

Installed in

发证机关(印章)

The Issuing Authority

发证日期 2021 年 04 月 02 日

Date Issued

有效期至 2026 年 04 月 01 日

Date of Expiry



计 量 标 准 器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model / Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty/ Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series number
	无线温度 记录器	TL-2	(-80~150) °C	$l=0.15^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	汕头市迪威谱科技有限 公司 /47142/47049/47020/4 7008
	二等铂电阻 温度计	WZPB-2	锌点全温 (-189.3442~419 .527) °C	二等	昆明大方自动控制科技 有限公司/200026
		WZPB-2	锌点全温 (-189.3442~419 .527) °C	二等	昆明大方自动控制科技 有限公司/192332
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	超级测温仪	Const685	0~100 Ω	$\pm 0.0015\%$ 读数或 $\pm 0.7\text{m}\Omega$ 取其大 者	北京康斯特 /685020020009
可 开 展 检 定 及 校 准 项 目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty/ Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或技术规范的代号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and It's code	
	恒温槽	-60°C~300°C	炉温均匀性: 0.01°C 及以上 炉温波动度: 0.02°C 及以上	JJF 1030-2010《恒温槽技术性能测 试规范》	