

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021] 粤 量标 揭法 证字第 105 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 广东省揭阳市质量计量监督检测所
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 数字式交流电参数测量仪校准装置 代码 15319100
Name of Measurement Standard Code

测量范围 交流电压：(1~600)V；交流电流：(0.01~30)A；交流功率：(0.01~30)kW；频率：40Hz~1kHz；相位：0°~360°
Measuring Range

不确定度或准确度等级 交流电压：±0.05%FS；交流电流：±0.05%FS；交流功率：±0.05%FS；频率：±0.05%rdg；相位：±0.05°
或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 电热室
Installed in

发证机关（印章）
The Issuing Authority

发证日期 2021
Date of Issue

有效期至 2026
Date of Expiry



计 量 标 准 器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	多功能标准源	TD1880-011	交流电压: (1~600)V; 交流电 流: (0.01~30)A; 交流功率: (0.01~30)kW; 频率: 40Hz~ 1kHz; 相位: 0°~360°	交流电压: $\pm 0.05\%FS$; 交流 电流: $\pm 0.05\%FS$; 交流功率: $\pm 0.05\%FS$; 频率: $\pm$ $0.05\%rdg$; 相位: $\pm 0.05^\circ$	长沙天恒测控技 术 有 限 公 司 /1819233071
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	--	--	--	--	--/--
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	数字式交流电参数 测量仪	交流电压: (1~600)V; 交流电流: (0.01~30)A; 交流功率: (0.01~ 30)kW; 频率: 40Hz~1kHz; 相位: 0°~360°	MPE: 交流电压: $\pm 0.2\%$ 及以 下; 交流电流: $\pm 0.2\%$ 及以 下; 交流功率: $\pm 0.2\%$ 及以 下; 频率: $\pm 0.2\%$ 及以下; 相位: $\pm 0.2^\circ$ 及以下	JJF 1491-2014 数字式交流电参 数测量仪校准规范	